



700097, Тошкент, Халқлар дўстлиги кўчаси, 46-уй.

Маълумот учун телефон: 78-59-46,  
телетайп: 116313 «Микроб»

Halclar dustligi str., 46 700097, Tashkent.

office tel: 785946  
telex: 116313 «Microb»

от \_\_\_\_\_

№

*13-10/381*

№ га \_\_\_\_\_

ДИРЕКТОРУ

Н П Ц Р.Р.Х.

ХАСАНОВУ Д.К.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

бактериологического контроля эффективности  
работы медицинских стерилизаторов

*Betty Crocker*

Для оценки эффективного работы медицинских стерилизаторов

*Betty Crocker*

проведены бактериологичес-

кие исследования по отношению к эталонным тест-штаммам.

При культивировании применявшихся биотестов после стерилиза-  
ции рост их отсутствовал.

В результате проводившего бактериологического контроля стерилизатора медицинского *Betty Crocker* была установлена гибель в стерилизуемых объектах спорных и вегетативных форм патогенных и непатогенных микроорганизмов.

Бактерицидное действие по отношению к тест-штаммам выражено при экспозиции - 15 минут - 120°.

/ Главный врач

*Исмаилов*

С.Б. ИСМАИЛОВ.