

УЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
SOGLIQNI-SAQLASH VAZIRLIGI
TOSHKENT VILOYATI
BOSH DAVLAT
SANITARIYA VRACHI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SOGLIQNI-SAQLASH VAZIRLIGI
TOSHKENT VILOYATI
BOSH DAVLAT
SANITARIYA VRACHI

700000, Toshkent sh., Dostoevskiy kuchasi, 12, tel.: 68-82-68, 68-82-69, telex: 116072 "АГАР",
H/r 23430000700132962001 Tosh.vil.. ASAKAbank, MFO 00411

№ 071 2951

" 01 " декабря 2009 й.

Директору
НПЦ «KERAMIKA SINTEZ»

Латипову Р.Н.

*«О проведенных исследованиях
бактерицидных свойств лечебно-
профилактического керамического
инфракрасного излучателя»*

На основании Вашего письменного обращения № 4/11 от 13.11.2006 г. специалистами ТашОблЦГСЭН произведены исследования на предмет бактерицидных свойств лечебно-профилактического керамического инфракрасного излучателя серии GI, выполненного по TSh 64-14843179-002:2005.

Проведенными бактериологическим исследованиями воздуха рабочей зоны при экспозиции 0,5 – 1,5 м. установлена стерильность воздуха в диапазоне освещения излучателя при отсутствии воздухообмена и с поддувом бытового вентилятора.

Контролируемый воздух по бактериологическим показателям (содержание St. Aureus ОМЧ, КОЕ, плесени) соответствует требованиям Инструкции № 012-310030, № 012-310031.

Протокол бактериологической лаборатории № 3377 от 28.11.09 г.

Главный врач



Алматов Б.И.

исп. Турдиева К.Х.
тел. 68-65-17